

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商： 广西四方医疗器械有限责任公司

地址： 南宁市白沙大道 57 号龙光玖誉城悦城组团 59 号楼十三层 1325 号办
公 邮编： 530031

联系人： 唐祖月 联系电话： 19195950787

授权代表： 唐祖月

联系电话： 19195950787

地址： 南宁市白沙大道 57 号龙光玖誉城悦城组团 59 号楼十三层 1325 号办
公 邮编： 530031

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： 耳鼻喉动力系统（重）

质疑项目的编号： DYZB-2025-WZ038

采购人名称： 广西壮族自治区桂东人民医院

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期： _____

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容


质疑事项 1： 招标文件技术要求一、技术需求参数 2. 鼻科吸切手柄（1）转
速：往复 \geq 5000 转/分，单向 \geq 12000 转/分，最低不高于 50 转/分，可用于精细
手术，可用脚踏开关随意控制转速。

事实依据： 根据瑞士彼岸的产品宣传彩页查询为：鼻钻：500-12000 转/分，
不能满足该项挂网参数，如果提供不了相应的证明文件，还请取消南宁市兆易
医疗器械有限公司中标资格。

OSSEODUO高速多功能型一体机 瑞士-彼岸

旗舰-8000系列主机 170244-001
脚踏开关 1709258-001
8000转速底座 1704257-001

- 一体机：操作方便、快捷、安全、无噪音、无污染、无辐射
- 大功率电机：功率大、转速快、扭力大、使用寿命长
- 脚踏开关：脚踏控制，解放双手，操作方便
- **S120鼻钻：500-12000转/分，手柄可360°旋转**
- 直排式手柄：符合人体工程学设计，握持舒适，操作方便
- 轻巧的五轴驱动系统：转速高达19000转/分，扭力大，效率高
- 采用风冷专利技术：噪音低，使用寿命长
- 多种规格：满足不同手术需求
- 符合CE认证：安全可靠



S120鼻钻：
500-12000转/分，
手柄可360°旋转



法律依据：违反政府采购法第七十七条第一项，提供虚假材料谋取中标，成交的。

质疑事项 2：招标文件技术要求一、技术需求参数 2.鼻科吸切手柄（3）手柄可控制刀头开口 360 度旋转。

事实依据：根据瑞士彼岸的产品宣传彩页查询为：手柄可 360° 旋转，而非手柄可控制刀头开口 360° 旋转，不能满足该项挂网参数，如果提供不了相应的证明文件，还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。

成交的。

质疑事项 5: 挂网中标产品配置清单

事实依据: 根据挂网中标配置清单, 中标产品配置品牌为: 瑞士彼岸, 杭州科瑞特, 科瑞特生产注册证产品描述为: 具有扩孔切削刃的切削刀具, 由不锈钢材料制成, 非无菌提供, 可重复使用, 无源产品。非内窥镜下使用。该产品并不适用耳鼻喉鼻科内窥镜下手术。如果提供不了相应的证明文件, 还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。



第一类医疗器械备案信息表

备案人名称	南宁市兆易医疗器械有限公司
备案人统一社会信用代码	91450103MA5K202074
备案人住所	南宁市青秀区金浦路11号1101室
生产地址	浙江省宁波市鄞州区中河街道中河路188号1001室
产品名称	扩孔刀
型号/规格	1.5mm
产品描述	该产品为不锈钢材料制成, 具有扩孔切削刃, 用于在手术过程中对组织进行扩孔操作。该产品为非无菌提供, 可重复使用, 无源产品。非内窥镜下使用。该产品并不适用耳鼻喉鼻科内窥镜下手术。
预期用途	用于在手术过程中对组织进行扩孔操作。
备注	
备案部门	南宁市市场监督管理局
备案日期	2024年11月15日
变更情况	



法律依据：违反政府采购法第七十七条第一项，提供虚假材料谋取中标，成交的

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：综上所述，如中标方无法提供相应的证明文件，违反政府采购法第七十七条第一项，提供虚假材料谋取中标，成交的。还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。

签字（签章）：

日期：2026年1月12日

