

质疑答复函

一、答疑中标商基本信息：

答疑中标商：南宁市兆易医疗器械有限公司

地址：南宁市青秀区东葛路18-1号嘉和自由空间A座1217号房

联系人：黄宏表 联系电话：15240713357

二、答疑项目：

答疑项目的名称：耳鼻喉动力系统（重）

答疑项目的编号：DYZB-2025-WZ038

采购人名称：广西壮族自治区桂东人民医院

答疑事项：成交结果

根据本项目代理机构提供的广西四方医疗器械有限责任公司《质疑函》，具体答复相关内容如下：

1、答疑事项：

质疑事项1：招标文件技术要求一、技术需求参数2.鼻科吸切手柄(1)转速：往复 ≥ 5000 转/分，单向 ≥ 12000 转/分，最低不高于50转/分，可用于精细手术，可用脚踏开关随意控制转速。

事实依据：根据瑞士彼岸的产品宣传彩页查询为：鼻钻：500-12000转/分，不能满足该项挂网参数，如果提供不了相应的证明文件，还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。

中标商答复：瑞士彼岸手术动力系统宣传彩页由国内总代合法提供，鼻钻转速500-12000转/分是工作状态转速，鼻钻静止状态钻速为0转/分，可用脚踏开关随意控制转速；符合招标参数要求，无需提供相关证明文件。因此，广西四方医疗器械有限责任公司质疑无效。

质疑事项2：招标文件技术要求一、技术需求参数2.鼻科吸切手柄(3)手柄可控制刀头开口360度旋转。

事实依据：根据瑞士彼岸的产品宣传彩页查询为：手柄可360°旋转，而非手柄可控制刀头开口360°旋转，不能满足该项挂网参数，如果提供不了相应的证明文件，还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。

中标商答复：瑞士彼岸手术动力系统宣传彩页由国内总代合法提供，手柄可360°旋转，同时亦可控制刀头开口360度旋转；宣传彩页仅为手柄360度外部控制环结构之一，并未作全面详细使用诠释。符合招标参数要求，无需提供相关证明文件。因此，广西四方医疗器械有限责任公司质疑无效。

质疑事项3：招标文件技术要求一、技术需求参数4.耳科手柄(3)可变速速范围为200 - 60000转/分钟；扭矩 ≥ 47.5 mNm。

事实依据：根据瑞士彼岸的产品宣传彩页查询为：耳钻转速可以在500-80000转/分之间数字化调节，鼻科手柄可以360°旋转，转速可以在400-12000转分之间数字化调节，扭矩可达4Ncm，不能满足该项挂网参数，如果提供不了相应的证明文件，还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。

中标商答复：瑞士彼岸手术动力系统宣传彩页由国内总代合法提供，以上描述我司产品耳钻转速更快，节省时间提高手术效率；而扭矩数据仅体现设备在某个转速区域的扭矩峰值，不同转速扭矩不同；我司提供的耳鼻喉手术动力系统设备招标参数符合政府相关部门的检测要求并合法注册及销售，满足相关临床科室的手术应用；根据招标法采购要求，挂网参数仅起参考作用，不属于指定品牌、规格型号及生产厂家等情形，扭矩数据精准到小数点本身就具有排他性嫌疑；因此，我司符合招标参数要求，无需提供相关证明文件。广西四方医疗器械有限责任公司质疑无效或可询求政府相关机构部门介入调查。



质疑事项4: 招标文件技术要求, 二.配置清单, 序号11:70度前颅底钻头

事实依据: 根据瑞士彼岸的产品宣传彩页及注册证查询: 该公司无70度前颅底钻头, 且中标公示的配置清单并无该产品, 该公司无法提供该产品, 不能满足该项挂网参数, 如果提供不了相应的证明文件, 还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。

法律依据: 违反政府采购法第七十七条第一项, 提供虚假材料谋取中标, 成交的。

中标商答复: 瑞士彼岸手术动力系统宣传彩页由国内总代合法提供, 以上描述我司无70度前颅底钻头, 而我司提供的颅底钻头更适合临床手术使用, 医生可根据病灶部位调整钻头的各种角度, 便于手术操作使用, 无相关规定仅70度前颅底钻头才能用于颅底手术; 并获得政府相关部门的检测要求、合法注册及销售, 满足相关临床科室的手术应用; 根据招标法采购要求, 挂网参数仅起参考作用, 不属于指定品牌、生产厂家等情形, 阐述精准数据本身就具有排他性嫌疑; 因此, 我司符合招标参数要求, 无需提供相关证明文件。广西四方医疗器械有限责任公司质疑无效或可询求政府相关机构部门介入调查。

质疑事项5: 挂网中标产品配置清单

事实依据: 根据挂网中标配置清单, 中标产品配置品牌为: 瑞士彼岸, 杭州科瑞特, 科瑞特生产注册证产品描述为: 具有扩孔切削刃的切削刀具, 由不锈钢材料制成, 非无菌提供, 可重复使用, 无源产品。非内窥镜下使用。该产品并不适用耳鼻喉鼻科内窥镜下手术。如果提供不了相应的证明文件, 还请取消南宁市兆易医疗器械有限公司中标资格。


法律依据: 违反政府采购法第七十七条第一项, 提供虚假材料谋取中标, 成交的。



中标商答复：根据挂网公示我司中标的产品品牌为瑞士彼岸和杭州科税特，并非是质疑方描述中的“杭州科瑞特”，并且该公司提供相关产品备案信息表与实际描述品牌严重不符，纯属故意和捣乱招标程序。我司中标的杭州科税特切割刀具产品，可用于鼻腔、切削组织和骨质等等手术，招标文件并没有规定非内窥镜下使用产品不能参与投标。因此，我司符合招标参数要求，无需提供相关证明文件。广西四方医疗器械有限 责任公司质疑无效或可询求政府相关机构部门介入调查。

2、答疑事项请求：

综上所述，我司符合招标参数要求，无需提供相关证明文件。广西四方医疗器械有限责任公司质疑无效；恳请本项目代理单位按正常流程办理为盼，谢谢！

签字(签章): 

公章: 南宁市兆易医疗器械有限公司

日期: 2026 年1月16日

